



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ANEXO I**

TERMO DE REFERÊNCIA

**1. OBJETO**

1.1. Registro de preços para **aquisição de insumos e equipamentos odontológicos, itens complementares**, para atender às necessidades do **Município de Santana do Ipanema/AL**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

| INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ITENS COMPLEMENTARES |   |                 |                |
|--|---|-----------------|----------------|
| LOTE   | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)  | UNID. DE MEDIDA | QUANT. EXIGIDA |
| 1  | Algodão rolete, produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Indicado para absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; limpeza bucal; isolamento relativo. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                        | UND             | 1000           |
| 2  | Abridor de boca - kit contendo um abridor adulto (40 x 30 x 20 mm) e um abridor infantil (30 x 25 x 18 mm), confeccionado em silicone autoclaváveis, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND             | 50             |
| 3  | Afastador de minesota - confeccionado em aço inoxidável, superfície e bordas arredondadas, autoclavável. Tamanho: 14 cm. Usado para afastar o tecido do campo operatório, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND             | 50             |
| 4  | Álcool etílico hidratado 92,8 % - para ser utilizado como veículo em formulações cosméticas e outras, como solvente para a fabricação de outros produtos, e como limpador geral para assistência à saúde. Registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. 1 litro. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND             | 1000           |
| 5  | Aparelho fotopolimerizador - 1500mw/mm2 de potência - design moderno - 3 modos de operação (contínuo, pulsado e rampa) - ponteira de fibra ótica  | UND             | 10             |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|   |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
|   | 100% coerente e autoclavável – protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado – fonte de alimentação 110/220vac 50a60hz) – corpo e base carregadora injetados em abs, com opção de descanso do aplicador – controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo - possui bateria de ions de lítio de alta densidade, o que permite seu uso por mais tempo sem necessidade de recarga;- controle de carga inteligente que previne o efeito memória das baterias, garantindo uma vida útil maior para o produto; (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| 6 | Aplicador de hidróxido de cálcio - produzido em aço inoxidável, duplo e com cabo oitavo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| 7 | Arco de ostby adulto - produzido em nylon, autoclavável, arco para isolamento absoluto com formato oval, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 10  |
| 8 | Arco de ostby infantil - produzido em nylon, autoclavável, arco para isolamento absoluto com formato ova, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 5   |
| 9 | Autoclave capacidade para 12 l - equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Fácil manuseio. Design moderno. Digital com display de lcd. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 v.5 programas de esterilização: instrumental embalado / instrumental desembalado plásticos e algodão / kit cirúrgico e tecidos / líquidos. Desaceleração e despressurização automática. Capacidade 12 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 10  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|    |  |     |      |
|----|--|-----|------|
| 10 | Autoclave capacidade para 21 l - equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485; é necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto; digital, fácil manuseio; bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 v; 21 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câmara aço inox; sem reservatório. Abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água destilada diretamente na câmara (250 ml); programa único de esterilização desaeração e despressurização automática; teclado de controle na cor azul; (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 10   |
| 11 | Avental de chumbo adulto - para uso odontológico com ou sem protetor para tireoide, confeccionado em borracha plumbífera flexível com proteção de 0,25 pb ou 0,50 pb, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro. Com registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5    |
| 12 | Avental de chumbo infantil - para uso odontológico com ou sem protetor para tireoide, confeccionado em borracha plumbífera flexível com proteção de 0,25 pb ou 0,50 pb, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro. Com registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade.(unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5    |
| 13 | Babador adulto - babador de plástico com fecho em velcro, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50   |
| 14 | Babador descartável - possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), excelente capacidade de absorção, composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico, não estéril, sem adesivo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, com dimensões de 32 cm x 47 cm, com procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Pacote com 100 unidades.   | UND | 1000 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
|    | <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| 15 | Bandeja de aço - dimensões 22 x 12 x 1,5 cm. Utilizado para acondicionamento dos instrumentos odontológicos. Produzida em aço inoxidável, esterilizável em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| 16 | Broca carbide nº 02 - produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável, esférica, baixa rotação e precisão do corte. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                    | UND | 100 |
| 17 | Broca carbide nº 04 - produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável, baixa rotação e precisão do corte. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| 18 | Broca carbide nº 06 - produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável, esférica, baixa rotação e precisão do corte. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                    | UND | 100 |
| 19 | Broca carbide nº 08 - produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável, esférica, baixa rotação e precisão do corte. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                    | UND | 100 |
| 20 | Broca cirúrgica nº 06 - esférica para alta rotação, 25 mm. Produzidas em aço carbide. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| 21 | Broca cirúrgica nº 08 - esférica para alta rotação, 25 mm. Produzidas em aço carbide. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem   | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |  |     |     |
|-----------|--|-----|-----|
|           | externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>22</b> | Broca cirúrgica nº 702 - tronco-cônica dentada para alta rotação, 25 mm. Produzidas em aço carbide. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>23</b> | Broca cirúrgica nº 703 - esférica dentada para alta rotação, 25 mm. Produzidas em aço carbide. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>24</b> | Broca cirúrgica zecrya - produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8 mm de diâmetro) e esterilizável, possui formato tronco-cônico, com coloração prata, alta rotação, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Apresenta-se em blister com 1 unidade com 23 mm de comprimento, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>25</b> | Broca diamantada cilíndrica nº 1045 - broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico, produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, produto com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizada principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, para abertura ou retenções em dentística, além de criar sulcos de orientação em prótese, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>26</b> | Broca diamantada cone invertido nº 1045 - confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Ponta com haste azul de granulação normal. (fg) alta rotação, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>27</b> | Broca diamantada nº 1.011 - esférica, broca de alta rotação que possua haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultem em perfeito acabamento de superfície. Com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>          | UND | 100 |
| <b>28</b> | Broca diamantada nº 1.012 - esférica, de alta rotação que possua haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultem em perfeito acabamento de superfície. Com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                | UND | 100 |
| <b>29</b> | Broca diamantada nº 1.012 hl - esférica, possuindo haste longa em aço inoxidável, broca de alta rotação e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Com excentricidade zero e parte ativa diamantado uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>30</b> | Broca diamantada nº 1.013 - esférica, broca de alta rotação que possua haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultem em perfeito acabamento de superfície. Com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>31</b> | Broca diamantada nº 1.014 - esférica, broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>              | UND | 100 |
| <b>32</b> | Broca diamantada nº 1.014 hl - esférica, possuindo haste longa em aço inoxidável, broca de alta rotação e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico, produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>33</b> | Broca diamantada nº 1.015 - esférica, broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico, produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. Indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>          | UND | 100 |
| <b>34</b> | Broca diamantada nº 1.016 - esférica, broca de alta rotação, haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e  | UND | 100 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | sintéticos fixados por processo galvânico, produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme, para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| <b>35</b> | Broca diamantada nº 1.016 hl - esférica, possuindo haste longa em aço inoxidável, broca de alta rotação e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico, produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme, indicada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>36</b> | Broca diamantada nº 1.045 - cone invertido, fabricadas a base de diamante natural, a haste fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação, úteis na remoção de restaurações insatisfatórias de amálgama ou resina composta. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>37</b> | Broca diamantada nº 1.046 - cone invertido, fabricadas a base de diamante natural, haste é fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação, úteis na remoção de restaurações insatisfatórias de amálgama ou resina composta. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>38</b> | Broca diamantada nº 1.090 - produzidas em aço inox, diamantadas através de processo eletroquímico, maior resistência na aderência do aço inox juntamente com o diamante, cilíndrica, topo plano, sanitizadas e esterilizadas, alta rotação, hastes polidas e  | UND | 100 |





ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
|    | concêntricas, para o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| 39 | Broca diamantada nº 1.091 - produzidas em aço inox, diamantadas através de processo eletroquímico, maior resistência na aderência do aço inox juntamente com o diamante, cilíndrica, topo plano, sanitizadas e esterilizadas, alta rotação, hastes polidas e concêntricas, para o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                 | UND | 100 |
| 40 | Broca diamantada nº 1.092 - produzidas em aço inox, diamantadas através de processo eletroquímico, maior resistência na aderência do aço inox juntamente com o diamante, cilíndrica, sanitizadas e esterilizadas, alta rotação, hastes polidas e concêntricas, produzidas com as melhores matérias-primas, para o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| 41 | Broca diamantada nº 1.112 f - identificada pela sigla f (granulação fina), alta rotação, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| 42 | Broca diamantada nº 1.112 ff - identificada pela sigla ff (granulação extra fina), alta rotação, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| 43 | Broca diamantada nº 1.190 f - identificada pela sigla f (granulação fina), alta rotação, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as   | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | manobras sobre faces livres ou proximais. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>44</b> | Broca diamantada nº 1.190 ff - identificada pela sigla ff (granulação extra fina), alta rotação, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>45</b> | Broca diamantada nº 1032 - cone invertido, fabricadas a base de diamante natural. A haste é fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação. São úteis na confecção de cavidades auto retentivas. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                              | UND | 100 |
| <b>46</b> | Broca diamantada nº 1035 - cone invertido, fabricadas a base de diamante natural. A haste é fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação. Úteis na confecção de cavidades auto retentivas, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                  | UND | 100 |
| <b>47</b> | Broca diamantada nº 1302 - possuem pontas de haste curta com listras que identificam as granulações, fabricadas a base de diamante natural. A haste é fabricada com aço inox de alta qualidade, o que garante a rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos, tais como turbinas etc, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>48</b> | Broca diamantada nº 2.135 f - semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também apresentam conicidade lateral, identificada pela sigla f (granulação fina). Utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados. Apresenta-se em blister com 1 unidade,  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |  |     |     |
|-----------|--|-----|-----|
|           | contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>49</b> | Broca diamantada nº 2.200 - broca odontológica de aço carbide para contra-ângulo 06 de 21 mm, esterilizável sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>50</b> | Broca diamantada nº 3.082 - cônica, topo inativo, produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste fg e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada, alta rotação, utilizadas para complementar a abertura coronária em endodontia. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>51</b> | Broca diamantada nº 3118 f - formato chama, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação fina. Alta rotação. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>52</b> | Broca diamantada nº 3118 ff - formato chama, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação. Granulação extra fina. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>53</b> | Broca diamantada nº 3168 f - produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste fg e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com   | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |  |     |     |
|-----------|--|-----|-----|
|           | o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Granulação fina. Alta rotação. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>54</b> | Broca diamantada nº 3168 ff - produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste fg e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Granulação extra fina. Alta rotação. Apresenta-se em blister com 1 unidade. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>55</b> | Broca diamantada nº 3195 f - fabricadas a base de diamante natural. A haste é fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações e o encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação. Granulação fina. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>56</b> | Broca diamantada nº 3195 ff - fabricadas a base de diamante natural. A haste fabricada com aço inox de alta qualidade, rotação do instrumento sem vibrações, encaixe perfeito nos dispositivos de alta rotação. Granulação extra fina. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>57</b> | Broca endo z - broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de cromo e 0,9 mm de diâmetro. Cor dourada, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>58</b> | Broca gates nº 1 - produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 15 mm. Tamanho 1: 0,50 mm. Possui uma ponta guia que auxilia no procedimento. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem   | UND | 50  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
|    | externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| 59 | Broca gates nº 2 - produzida em aço carbono de baixa rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 15 mm. Tamanho 2: 0,70 mm. Possui uma ponta guia que auxilia no procedimento, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50 |
| 60 | Broca gates nº 3 - produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 15 mm. Tamanho 3: 0,90 mm. Possui uma ponta guia que auxilia no procedimento. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50 |
| 61 | Broca gates nº 4 - produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 15 mm. Tamanho 4: 1,10 mm. Possui uma ponta guia que auxilia no procedimento. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50 |
| 62 | Broca gates nº 5 - produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 15 mm. Tamanho 5: 1,30 mm. Possui uma ponta guia que auxilia no procedimento. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50 |
| 63 | Broca largo nº 1 - broca de aço inoxidável com 28 mm especial com fibras resistente a corrosão de esterilização de ponta arredonda para baixa rotação. Utilizada para alargamento do terço cervical do canal radicular, durante o tratamento endodôntico. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50 |
| 64 | Broca largo nº 1 (32 mm) - broca fabricada em aço inoxidável com 13%. Diâmetro 0,70 mm, 0,90 mm, 1,10 mm e 1,30 mm respectivamente. Com 32 mm, haste de 19 mm e cabo em pequenos entalhes indicando a   | UND | 50 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |  |     |    |
|-----------|--|-----|----|
|           | numeração da broca com ponta inativa. Indicada para endodontia, como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| <b>65</b> | Broca largo nº 2 - broca de aço inoxidável com 28 mm especial com fibras resistente a corrosão de esterilização de ponta arredonda para baixa rotação. Utilizada para alargamento do terço cervical do canal radicular, durante o tratamento endodôntico. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50 |
| <b>66</b> | Broca largo nº 2 (32 mm) - broca fabricada em aço inoxidável com 13% . Diâmetro 0,70 mm, 0,90 mm, 1,10 mm e 1,30 mm respectivamente. Com 32 mm, haste de 19 mm e cabo em pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa. Indicada para endodontia, como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50 |
| <b>67</b> | Broca largo nº 3 - broca de aço inoxidável com 28 mm especial com fibras resistente a corrosão de esterilização de ponta arredonda para baixa rotação. Utilizada para alargamento do terço cervical do canal radicular, durante o tratamento endodôntico. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50 |
| <b>68</b> | Broca largo nº 3 (32 mm) - broca fabricada em aço inoxidável com 13% . Diâmetro 0,70 mm, 0,90 mm, 1,10 mm e 1,30 mm respectivamente. Com 32 mm, haste de 19 mm e cabo em pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa. Indicada para endodontia, como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
| <b>69</b> | Broca maxcut nº 1508 - broca carbide tungstênio, com 10 lâminas com diâmetro da ponta ativa 060, comprimento da ponta ativa 12.2. Possui listra azul, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| <b>70</b> | Broca vulcanite tipo chama - broca em aço tipo vulcanite para uso em laboratório, para desgaste de resinas acrílicas, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 5   |
| <b>71</b> | Broca vulcanite tipo pera - broca em aço tipo vulcanite para uso em laboratório, para desgaste de resinas acrílicas, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5   |
| <b>72</b> | Brunidor duplo nº 2 - produzido em aço inoxidável utilizado em escultura da anatomia oclusal, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>73</b> | Cabo para espelho clínico nº 5 - utilizado para colocação do espelho, como também para teste de percussão e sensibilidade para avaliar dentes com mobilidade, para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance, produzido em aço inoxidável, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 200 |
| <b>74</b> | Cadeira odontológica portátil articulada sb - equipamento odontológico de quatro pontas compatíveis com todos os equipamentos fundamentais e indispensáveis para o atendimento de um paciente, visando permitir um atendimento com eficiência e produtividade, sendo este o único consultório odontológico portátil de origem nacional registrado na anvisa e pertencente ao catálogo do ministério da saúde. Gabinete: externamente revestido de fibra de vidro, com estrutura de suporte contra choques, rodas escamoteáveis, alças retratáveis e galvanizadas. Dimensão: medidas: 80 cm de altura; 30 cm de largura; | UND | 2   |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |  |     |     |
|-----------|--|-----|-----|
|           | 45 cm de profundidade peso: 24,5 kilos compressor: alta potência, possibilitando procedimentos prolongados e uma significativa quantidade de pacientes seguidos. Resistente ao transporte. Refrigerado a ar, isento de óleo garantindo a não contaminação do ar, (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| <b>75</b> | Calcador de ward nº 01 - com pontas duplas arredondadas, é utilizado em dentística para restaurações de amálgama. Produzido em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>76</b> | Calcador de ward nº 02 - com pontas duplas arredondadas, é utilizado em dentística para restaurações de amálgama. Produzido em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade.(unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>77</b> | Camara escura portátil - para revelação com amplo visor de acrílico vermelho translúcido. A tampa superior é removível e não possui dobradiças facilitando a fácil higienização e reposição dos químicos. Carenagem fabricada em psai (poliestireno) para garantir durabilidade da câmara. Acompanha copos com tampa e possui fundo com ventosa. Peso líquido: 800 g, peso bruto: 1,130 g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 10  |
| <b>78</b> | Caneta de alta rotação extratorque - encaixe tipo borden, spray triplo, rotação de 380.000 rpm com fixação de brocas tipo push button, 100 ciclos, pressão de ar de 32 lbs, deve possuir balanceamento, autoclavavel (135° a 1000° graus), peso de 170g, ruído de 64db, refrigeração interna, reproduzido com latão alumínio e componentes de aço inox. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 30  |
| <b>79</b> | Cimento cirúrgico (líquido) - eugenol, óleo de oliva, corante vermelho (dc red. 17). Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco com 20 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5   |
| <b>80</b> | Cimento cirúrgico (pasta – pasta) - composição da  | UND | 5   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol, cera natural e aroma de menta. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol, bht e aroma de menta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Dois tubos, cada um contendo 90 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>81</b> | Cimento cirúrgico (pó) - acetato de zinco, ácido tânico, breu, óxido de zinco, celulose. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5   |
| <b>82</b> | Cimento de hidróxido de cálcio (sistema pasta-pasta) - apresentado em 01 tubo de pasta base 13 g, 01 tubo de pasta catalizadora 11 g e 01 blocos de mistura. Composição: catalizador: hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etiltolueno sulfonamida, estearato de zinco e corantes minerais, biocompatível, alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado. Registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>83</b> | Cimento de ionômero (vidro fotopolimerizável) - cimento compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável, pronto para usar. Base para todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fôssulas e fissuras e restauração de pequenas cavidades. Elevada resistência à compressão (226 mpa). Com prevenção a cárie secundária, liberação de flúor contínua, alta biocompatibilidade, radiopacidade. Registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Composto por 01 seringa de 2,5 g com cânulas de aplicação tipo 41. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50  |
| <b>84</b> | Cimento de ionômero de vidro condensável de alta viscosidade - indicado para restauração de mínima invasão e técnica do tratamento restaurador atraumático (tra ou art). Fácil mistura, com presa total de até 5 min à partir da aglutinação inicial do material. Pó composto de vidro de fluorsilicato de alumínio, eudragit, lantânio e cálcio, acondicionado em frasco com pó em grânulos contendo 12,5 g na cor a3.   | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|           |   |     |     |
|-----------|---|-----|-----|
|           | Líquido composto por água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, ácido tartárico e ácido benzóico acondicionado em frasco do líquido com 8,5 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| <b>85</b> | Cimento de ionômero de vidro para cimentação – apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui, dentre outras vantagens, elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na interface dente/peça. Capacidade de liberação de fluoreto, mecanismo de cura química, baixa solubilidade, adequada resistência mecânica, excelente fluidez, radiopaco e com alta capacidade de adesão à estrutura dentária. Fina espessura de película e estética (translucidez). Grande abrangência na cimentação definitiva de peças protéticas (cores totais, pontes, inlays, entre outros). Registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 15 g de cimento em pó + frasco líquido com 10 g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátula. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 10  |
| <b>86</b> | Cimento endodôntico - cimento a base de hidróxido de cálcio, radiopaco, biocompatível, estimulador do tecido de reparação da região periapical. Registro na anvisa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Apresenta-se em frasco de 8 g contendo pó e um tubo de resina de 9 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 15  |
| <b>87</b> | Cimento obturador resinoso de canais radiculares, (pasta-pasta), à base de resina epóxica - possui baixa solubilidade, bom escoamento e alta radiopacidade, biocompatível, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Kit contendo 01 (um) tubo de pasta a com 4 ml, 01 (um) tubo de pasta b com 4 ml, 01 (um) bloco de mistura. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 10  |
| <b>88</b> | Cimento óxido de zinco e eugenol tipo ii (líquido) - composição: eugenol 70%, óleo de oliva ou algodão, ácido acético. Apresentação: 01 frascos do líquido com 15 ml, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>89</b> | Cimento óxido de zinco e eugenol tipo ii (pó) - composição: óxido de zinco 70%, óxido de magnésio,  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|    |  |     |        |
|----|--|-----|--------|
|    | resina hidrogenada, sais de zinco, colofônia e/ou mica. Apresentação 01 frasco do pó com 38 g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |        |
| 90 | Cimento para obturação do canal radicular (líquido) e (pó) - cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Deve apresentar boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade, possuir uma fina granulação, propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Kit contendo 01 pó de 12 g e 1 líquido de 10 ml, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 15     |
| 91 | Cimento para restauração provisória kit (pó e líquido) - material restaurador temporário, à base de óxido e zinco e eugenol (modificado), pó cor marfim. Apresentação: kit: 1 frasco com 38 g de pó; 1 frasco com 15 ml de líquido; 1 dosador, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100    |
| 92 | Cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias - material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Não contém eugenol. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 20 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100    |
| 93 | Cloridratos de lidocaína e fenilefrina - anestésico injetável, local à base de cloridratos de lidocaína 2% e felinefrina 1:100.000, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Tubete contendo 1,8 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 300    |
| 94 | Compressa de gaze estéril, 7,5 x 7,5 cm, envelope com 5 unidades. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>  | UND | 180000 |
| 95 | Compressa de gaze estéril, 7,5 x 7,5 cm, envelope com 5 unidades. <b>(COTA RESERVADA DO LOTE 94, LEI 123/06)</b>   | UND | 60000  |
| 96 | Compressor csd 18/100 isento de óleo. Cilindros duplos de alumínio (maior durabilidade), reservatório com  | UND | 5      |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |   |     |    |
|-----|---|-----|----|
|     | pintura a po interna antimicrobiana (proteção e segurança para saúde), motor 4 polos (menor nível de ruído), acoplamento direto (menos manutenção), sapatas amortecedoras no bloco reservatório. Purgador com registro de esfera, filtro de ar aparente (facilidade no acesso para limpeza e manutenção), reservatório de ar de acordo com as normas nacionais e internacionais (mais segurança). Unidade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| 97  | Compressor odontológico - características técnicas com 2hp de potência e isento de óleo. Proporciona maior vazão de ar suprimindo a necessidade do equipamento odontológico e evitando possíveis danos a peças de mão. Possui dreno no reservatório com fácil acesso. Potência 2hp, fluxo de ar: modelo 220v com 60hz com 210 (teórico) tanque (l): 40 litros; peso líquido: 42kg; dimensões: 45x45x72cm; pressão máxima: 120psi +/- 10%; tensão e frequência modelo 220v 60hz: monofásico ac 220v +/- 10% 60hz +/-1%; válvula de segurança opera quando a pressão exceder 0,9 mpa; taxa de operação/stand by 70/30(%) 30 min de operação contínua em maior ou igual 5.5 bar; consumo (watts) 1.5 (unidades). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 5  |
| 98  | Cone de guta percha #20 - calibrada nº 20 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |
| 99  | Cone de guta percha #25 - calibrada nº 25 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |
| 100 | Cone de guta percha #30 - calibrada nº 30 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |    |
|------------|--|-----|----|
| <b>101</b> | Cone de guta percha #35 - calibrada nº 35 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>102</b> | Cone de guta percha #40 - calibrada nº 40 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>103</b> | Cone de guta percha #50 - calibrada nº 50 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>104</b> | Cone de guta percha #60 - calibrada nº 60 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>105</b> | Cone de guta percha #70 - calibrada nº 70 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>106</b> | Cone de guta percha #80 - calibrada nº 80 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem  | UND | 20 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
|            | contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| <b>107</b> | Cone de guta-percha #45 - calibrada nº 45 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |
| <b>108</b> | Cone de guta-percha #55 - calibrada nº 55 dentro dos padrões iso. 28 mm de comprimento. Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |
| <b>109</b> | Cone de guta-percha secundário ff - cones acessórios para obturações dos condutos rediculares, por meio de técnica de condensação lateral ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28 mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade, ótima estabilidade dimensional e flexibilidade, alta qualidade no produto final, facilidade de visualizar a imagem em raio x, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                            | UND | 20 |
| <b>110</b> | Cone de guta-percha secundário mf (r1) - cones acessórios para obturações dos condutos rediculares, por meio de técnica de condensação lateral ou vertical, à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico com 28 mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade, ótima estabilidade dimensional e flexibilidade, alta qualidade no produto final, facilidade de visualizar a imagem em raio x, 28 mm de comprimento, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>111</b> | Cone de papel absorvente #20 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e standardização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados  | UND | 20 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |    |
|------------|--|-----|----|
|            | de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |    |
| <b>112</b> | Cone de papel absorvente #25 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>113</b> | Cone de papel absorvente #30 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>114</b> | Cone de papel absorvente #35 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>115</b> | Cone de papel absorvente #40 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>116</b> | Cone de papel absorvente #45 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120   | UND | 20 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |    |
|------------|--|-----|----|
|            | unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| <b>117</b> | Cone de papel absorvente #50 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>118</b> | Cone de papel absorvente #55 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>119</b> | Cone de papel absorvente #60 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>120</b> | Cone de papel absorvente #70 (esterilizado) - deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres iso e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % do total da sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>121</b> | Conjunto de posicionadores de película - posicionador indicado para tomadas radiográficas perpicais pela técnica do cone longo (paralelismo) acompanha exclusivo pote autoclavável indusbello, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20 |
| <b>122</b> | Contra angulo - possuir giro livre de 360 graus, spray externo e acopeamento borden intramatic, baixo nível de ruído e vibração, distribuição simétrica, esterilizável,  | UND | 30 |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |  |     |       |
|-----|--|-----|-------|
|     | peso de 0,500 kg. Mínimo de 5000 rpm e máximo de 20.000 rpm, uso com micromotor pneumático, sistema saca brocas, para utilização em brocas pm de 2,35 mm e brocas de alta rotação 1,6 mm (com utilização de acessório mandril). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                |     |       |
| 123 | Creme dental - ingredientes ativos: fluoreto de sódio 0,32% (1450 ppm de flúor), triclosano 0,3%, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 90 g. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>                            | UND | 11500 |
| 124 | Creme dental - ingredientes ativos: fluoreto de sódio 0,32% (1450 ppm de flúor), triclosano 0,3%, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 90 g. <b>(COTA RESERVADA DO LOTE 123, LEI 123/06)</b>    | UND | 3500  |
| 125 | Creme dental sem flúor - possui xylitol, sabor tuti-fruti. Isento de flúor, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                      | UND | 2000  |
| 126 | Cureta de lucas nº 86 - instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, utilizada para curetagem de alvéolos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50    |
| 127 | Cureta gracey 11-12 - cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>      | UND | 100   |
| 128 | Cureta gracey 11-12 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, tamanho: 17 cm, espessura mínima de 8 mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100   |
| 129 | Cureta gracey 1-2 - cabo maciço, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                              | UND | 100   |
| 130 | Cureta gracey 1-2 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável,  | UND | 100   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | espessura mínima 8 mm. Tamanho: 17 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| <b>131</b> | Cureta gracey 13-14 - cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>132</b> | Cureta gracey 13-14 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, espessura mínima 8 mm. Tamanho: 17 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                      | UND | 100 |
| <b>133</b> | Cureta gracey 5-6 - cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>134</b> | Cureta gracey 5-6 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, espessura mínima de 8 mm. Tamanho: 17 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                     | UND | 100 |
| <b>135</b> | Cureta mc call 13-14 - cabo maciço com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, pontiagudas com parte ativa que corta dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                | UND | 100 |
| <b>136</b> | Cureta mc call 13-14 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, espessura mínima 8 mm, pontiagudas e parte ativa que corte dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>137</b> | Cureta mc call 17-18 - cabo maciço com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, pontiagudas e parte ativa que corte dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
| <b>138</b> | Cureta mc call 17-18 com cabo oco - cabo oco com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, espessura mínima de 8 mm, pontiagudas a parte ativa que corte dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>139</b> | Cursores de silicone - cursor em silicone, atóxico e inodoro, com perfuração central, esterilizável, perfuração centralizada, espessura de 1,0 mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 10  |
| <b>140</b> | Dessensibilizante dentinário - dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Seringa contendo 3 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>141</b> | Destilador de água - para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Baixo consumo de energia. Características: design moderno. A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Especificações técnicas: capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Duração do ciclo completo: 5 horas. Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões externas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20  |
| <b>142</b> | Edta trissódico (líquido) - utilizado no preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação, solubilidade a 30% e o seu ph entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 20 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 10  |
| <b>143</b> | Escavador para dentina nº 11 ½ - produzido em aço inoxidável duplo, utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral, com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), contendo na   | UND | 150 |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |   |     |       |
|-----|---|-----|-------|
|     | embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |       |
| 144 | Escova de roson - utilizada em contra ângulo, cor branca ou preta, formato cônico. Utilizado para profilaxias, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 1000  |
| 145 | Escova dental adulto com protetor de cerda - medindo 18 cm aberta e 11 cm fechada, cerdas de nylon, macia, arredondada e polida, com ancoras metálicas, contendo 35 tufo de cerdas, distribuídos em quatro fileiras. Cabo e capa protetora fabricados em polipropileno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20000 |
| 146 | Escova dental infantil com protetor de cerda - cerdas de nylon macias ou extra-macias, com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 10000 |
| 147 | Escova dental para bebê com protetor de cerda - escova dental em silicone, macia e confortável, eficiente na higienização e massagem da gengiva. Dimensões 122 x 93 x 34 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 2000  |
| 148 | Espaçadores endodônticos (1ª série) - cabo cc-cord de níquel-titânio, alta flexibilidade e efeito de memória forma, com cursores de silicone pré-montados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 10    |
| 149 | Espaçadores endodônticos (2ª série) - cabo cc-cord de níquel-titânio, alta flexibilidade e efeito de memória forma, com cursores de silicone pré-montados, contendo na embalagem externa os dados de  | UND | 10    |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>150</b> | Espátula nº 07 - dupla, produzido em aço inoxidável, utilizada para uso com cera em laboratório, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| <b>151</b> | Espátula nº 07 oitavada - fabricada em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada, ideal para uso em dentística autoclavável, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50  |
| <b>152</b> | Espátula nº 31 - produzido em aço inoxidável. Utilizado para esculturas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| <b>153</b> | Espátula nº 36 para uso odontológico - fabricada em aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| <b>154</b> | Espátula nº 72 - dupla, produzido em aço inoxidável, utilizada para manipulação de materiais, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| <b>155</b> | Espátula plástica para ionômero - que não escureça o material durante a manipulação, maior flexibilidade, não autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| <b>156</b> | Espelho bucal primeiro plano nº 05 bucal - se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                     | UND | 150 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
| <b>157</b> | Espelho clínico nº 5 - utilizado para melhor visualização pelo profissional de determinadas regiões da cavidade oral, sem aumento, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 200 |
| <b>158</b> | Eucaliptol - obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - cineol, líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante, praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências, indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxilia na remoção de obstrução de canais radiculares. Frasco contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 10  |
| <b>159</b> | Eugenol - material restaurador provisório, obtido através do óleo de cravo, líquido amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, tem cheiro de cravo, praticamente insolúvel na água, solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Tem uma ação anódina (calmante) sobre a polpa. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 20 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>160</b> | Filme de pvc - transparente com 28 cm em 100 metros de rolo, contendo na embalagem externa os dados de identificação e procedência. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 500 |
| <b>161</b> | Fio dental - deve apresentar menos torções em seus micro filamentos, proporcionando maior área para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 100 m. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>162</b> | Fio dental - deve apresentar menos torções em seus micro filamentos, proporcionando maior área para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 500 metros. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>163</b> | Fita cirúrgica microporosa hipovalérgica - na   | UND | 500 |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
|     | coloração bege, tamanho 50 mm x 4,5 m, em embalagem com proteção (plástica). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| 164 | Flúor tópico gel acidulado - flúor fosfato acidulado 1,23% para prevenção da doença cárie, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 200 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 200 |
| 165 | Foice 0-00 - ponta morse, cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, apresenta uma lâmina curta ou reta com secção transversal triangular e dois bordos cortantes, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                      | UND | 100 |
| 166 | Foice 0-00 com cabo oco - ponta morse, cabo oco com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, especificação mínima de 8 mm. Apresenta lâmina curta ou reta, com secção transversal triangular e dois bordos cortantes, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| 167 | Fórceps 151 - indicado para pré-molares, incisivos e raízes inferiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| 168 | Fórceps 16 - indicado para molares inferiores, ambos os lados, (chifre de touro), cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| 169 | Fórceps 17 - indicado para molares inferiores, ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de   | UND | 50  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|     |   |     |       |
|-----|---|-----|-------|
|     | identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |       |
| 170 | Fórceps 69 - fragmentos de raízes e raízes pequenas superiores e inferiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                   | UND | 50    |
| 171 | Formocresol - menos concentrado do que a composição padrão de buckey, sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica, antisséptico, mumificante do tecido pulpar, bactericida, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>      | UND | 50    |
| 172 | Gluconato de clorexidina 0,12% - solução bucal contendo gluconato de clorexidina à 0,12%, água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, fdec blue, nº 1, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 2 litros. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 50    |
| 173 | Glutaraldeído 2% - composto por glutaraldeído 2,0%, tensoativo e água deionizada, para desinfecção de artigos semicríticos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, sensíveis ao calor, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 5 litros. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                                    | UND | 50    |
| 174 | Guardanapo de papel - medido aproximadamente 23 x 23 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou impurezas. Embalagem em pacotes plásticos contendo 100 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 10000 |
| 175 | Hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b - solução otológica, utilizada em odontologia para medicação intra-canal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
|            | <b>123/06)</b>  |     |     |
| <b>176</b> | Hidróxido de cálcio p.a (pó) - protetor pulpar, ph 12,4 alcalino, induz a formação de dentina reparadora, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Frasco contendo 10 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>177</b> | Ionômero de vidro restaurador (pó e líquido) tipo ii - quimicamente ativado, cimento de presa rápida, boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções, biocompatível, maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Apresentação: 1 frasco de cimento em pó com 10 g, 1 frasco de líquido com 8 g, 1 dosador de pó, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>178</b> | Irm líquido - para confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos, material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama, longa durabilidade dos curativos, alta resistência à compressão, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 15 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>179</b> | Kit bocão de saúde bucal - desenvolvido para o ensino da higiene bucal, da escovação dentária, escovação da língua e uso de fio dental. importante ferramenta de conscientização para educandos e educadores através de teoria fundamentada na prática, voltada especificamente para a higiene e saúde bucal. Indicado para todas as idades e projetos de higiene bucal na educação infantil. Composição (objetos e características do kit): macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| <b>180</b> | Kit de cimento de óxido de zinco e eugenol – contendo um frasco com pó (38 g): óxido de zinco e poli metacrilato de metila e outro frasco com líquido (15 ml): eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100  |
| <b>181</b> | Kit de cone de guta percha f1-f4 - para obturação de canais radiculares, exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios, que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, obturação após instrumentação com o sistema protaper, indicada também para obturação rápida com a técnica de cone único. Conicidades iguais as dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper universal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 60 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 10   |
| <b>182</b> | Kit de escovação (contendo escova + creme dental + fio dental) - escova com cabo com formato anatômico em polipropileno, cabeça com 38 tufo de cerdas em nylon, cerdas bicolores, que indicam a hora da troca, apoio antiderrapante, para maior controle e segurança durante a escovação, cerdas com pontas arredondadas e polidas que protegem a gengiva e o esmalte dos dentes e alta capacidade de limpeza. Fio dental confeccionado com nylon resistente com aromatizante, lubrificado com cera natural, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte do fio sem desfia-lo (embalagem contendo 100 m), creme dental com tubo contendo 50 g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(COTA PRINCIPAL)</b> | UND | 7500 |
| <b>183</b> | Kit de escovação (contendo escova + creme dental + fio dental) - escova com cabo com formato anatômico em polipropileno, cabeça com 38 tufo de cerdas em nylon, cerdas bicolores, que indicam a hora da troca, apoio antiderrapante, para maior controle e segurança durante a escovação, cerdas com pontas arredondadas e polidas que protegem a gengiva e o esmalte dos dentes e alta capacidade de limpeza. Fio dental confeccionado com nylon resistente com aromatizante, lubrificado com cera natural, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte do fio sem desfia-lo (embalagem contendo 100 m), creme dental com tubo contendo 50 g,  | UND | 2500 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
|            | contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(COTA RESERVADA DO LOTE 182, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| <b>184</b> | Kit de pontas diamantadas - para acabamento de resina composta, pontas diamantadas de aço inoxidável para acabamento de resina composta, contendo 7 pontas de diferentes formatos. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>185</b> | Kit de pontas enhance – utilizadas em baixa rotação, sistema de acabamento de compósitos de alta performance, pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo, sem necessidade de troca sucessiva de instrumentos, excelente lisura e alto brilho de modo prático e rápido, grau de abrasão em conformidade com a pressão aplicada sobre as restaurações, adaptável a todas as superfícies dentárias, contorno final e acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos, utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixados com cimentos resinosos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>186</b> | Lâmina de bisturi nº 15 - fabricada em aço carbono de acordo com as normas da iso, embaladas individualmente e esterilizadas por raio gama, rigidez da lâmina mais próxima possível da escala vickers, embaladas individualmente em papel com película laminada de fácil abertura, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>187</b> | Lima 1ª série tipo flex 25 mm - limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal), formato romboide, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 limas. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20  |
| <b>188</b> | Lima de 1ª série tipo k 25 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem  | UND | 20  |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
|            | contendo 06 limas. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |    |
| <b>189</b> | Lima de 2ª série tipo k- 21 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                       | UND | 20 |
| <b>190</b> | Lima de 2ª série tipo k 25 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                        | UND | 20 |
| <b>191</b> | Lima de 2ª série tipo k 31 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                        | UND | 20 |
| <b>192</b> | Lima de 3ª série tipo k 25 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                        | UND | 20 |
| <b>193</b> | Lima k série especial (nº 06) 25 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                  | UND | 20 |
| <b>194</b> | Lima k série especial (nº 08) 25 mm - são instrumentos fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| <b>195</b> | Lima k série especial (nº 10) 25 mm - fabricados em aço inoxidável, apresentam secção transversal quadrangular, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                  | UND | 20 |
| <b>196</b> | Lima para osso seldin 12 (1) - usada para alisamento final do osso, confeccionada com aço inoxidável,   | UND | 20 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|     |  |     |    |
|-----|--|-----|----|
|     | cabo com ranhuras, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |    |
| 197 | Lima tipo hedstroem 1ª série 21 mm - em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada, espiral de pequenos cones superpostos, parte que corta na base dos cones, pouca flexibilidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>        | UND | 20 |
| 198 | Lima tipo hedstroem 1ª série 25 mm - em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada, espiral de pequenos cones superpostos, a parte que corta fica na base dos cones, pouca flexibilidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 20 |
| 199 | Lima tipo hedstroem 1ª série 31 mm - em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada, espiral de pequenos cones superpostos, parte que corta fica na base dos cones, pouca flexibilidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20 |
| 200 | Lima tipo hedstroem 2ª série 25 mm - em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada, espiral de pequenos cones superpostos, parte que corta fica na base dos cones, pouca flexibilidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 06 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20 |
| 201 | Líquido de milton - solução de hipoclorito de sódio a 1%, altamente bactericida, indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 01 litro. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50 |
| 202 | Localizador apical - design compacto e interface de fácil utilização. Funcionamento independente da presença de líquidos (eletrólitos, sangue, soro fisiológico, e outros produtos químicos) dentro do   | UND | 2  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
|            | conduto radicular. Não sofre interferências das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Pode ser aplicado na detecção de fraturas radiculares. Pode ser aplicado detecção de perfurações laterais. Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração. Sem fios, com funcionamento através de pilhas aa de 1.5v.tela frontal lcd colorida 5". Altamente sensível (medida a cada 0,1 mm), com avisos sonoros frente à aproximação do ápice. Compacto, leve e de fácil uso; sonorização de tempo: o aparelho possui 4 níveis de sonorização: 2.0mm à 1.0mm bips pausados 1.0mm à 0.5 contínuos 0.5mm à 0.0mm bips curtos e frequentes abaixo de 0.0mm (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |      |
| <b>203</b> | Localizador apical - é um importante aparelho utilizado durante o tratamento endodôntico. Permite a medição do real comprimento dos canais, diminuindo a necessidade da realização de radiografias. Torna o tratamento mais rápido e confortável para o paciente. A medida não é afetada pela presença ou ausência de sangue, outras secreções ou eletrólitos. Apresenta um sistema de módulos exclusivo que inclui o localizador apical e o motor de instrumentação rotatória para preparo do canal. Diversos controles automáticos garantem um tratamento seguro. Precisão de 96,2%*, calibração automática, habilidade de trabalhar em canais úmidos, facilidade de leitura das informações do display opção de acoplar o motor de instrumentação rotatória, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Validade mínima de 75 % (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 2    |
| <b>204</b> | Luva para procedimento não cirúrgico, caixa com 100 unidades, ambidestra, tamanho g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 600  |
| <b>205</b> | Luva para procedimento não cirúrgico, caixa com 100 unidades, ambidestra, tamanho m. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 1000 |
| <b>206</b> | Luva para procedimento não cirúrgico, caixa com 100 unidades, ambidestra, tamanho p. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 800  |
| <b>207</b> | Luva para procedimento não cirúrgico, caixa com 100 unidades, ambidestra, tamanho pp. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 1200 |
| <b>208</b> | Máscara cirúrgica, não tecido, 3 camadas, pregas  | UND | 1500 |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
|     | horizontais, atóxica, com elástico, clip nasal embutido, hipoalergênica, descartável. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| 209 | Matriz de poliéster para resina composta - 100 % poliéster e super flexível, utilizadas em isolamento de restaurações inter proximais com resina composta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 200 |
| 210 | Micromotor esterilizável em autoclave - sentido de rotação ajustável, spray interno, pressão de entrada 2,2bar, 32 libras, número de rotações de 5.000 a 20.000 rpm, esterilizável por mais de 1000 ciclos, baixo nível de ruídos e vibração, encaixe borden para acionamento das peças, acopamento borden intramatic. Possui giro de 360 graus. Esterilizável em autoclave até 135 graus. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 30  |
| 211 | Papel carbono para articulação - bloco com 12 folhas na cor azul, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 300 |
| 212 | Pasta de hidróxido de cálcio a 35%. - solução aquosa usada como material temporário nos canais radiculares, apresenta efeito antibacteriano, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem com seringa de 1,2 ml + 2 pontas de 17 mm. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 2   |
| 213 | Pasta de hidróxido de cálcio com pmcc - pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Estojo contendo 02 tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio com pmcc + 02 tubetes com 2,2 g de glicerina. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>                              | UND | 5   |
| 214 | Pasta profilática odontológica - pasta de polimento inicial, sabor artificial, com flúor para uso adulto e pediátrico, pode ser aplicada com escova de robinson ou com taças de borracha, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 90 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 150 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
| <b>215</b> | Pastilha evidenciadora de placa - para evidenciar a presença das placas bacterianas, fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos, permite melhor prevenção da cárie, melhor higiene bucal dos pacientes, apresentado em pastilha que dilui com saliva, de fácil remoção, indicado para crianças, adolescentes e adultos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem com 120 pastilhas. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>216</b> | Pavio - para reposição de lamparina, de algodão, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 10 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20  |
| <b>217</b> | Pedra para afiar - pedra retangular tipo arkansas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| <b>218</b> | Pedra pomes em pó - composto de pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso, utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 100 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>219</b> | Pinça clínica - fabricada em aço inoxidável, conhecida como pinça de algodão, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 150 |
| <b>220</b> | Ponta shoffu em formato de chama - para alta rotação, acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. As pedras possuem grão de óxido de alumínio de longa duração e proporcionam melhor desempenho livre de viração, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>221</b> | Ponta shoffu em formato de lápis - para alta rotação, acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. As pedras possuem grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionam melhor desempenho livre de vibração, contendo na embalagem externa os dados de  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>222</b> | Ponta shoffu em formato esférico – para alta rotação, acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. As pedras possuem grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionam melhor desempenho livre de vibração, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>223</b> | Pote dappen de vidro cristal para resina acrílica - indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, entre outros, confeccionado em vidro, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| <b>224</b> | Protetor de tireoide adulto - convencional para proteção individual, com registro no ministério da saúde e certificado de aprovação no ministério do trabalho, confeccionado em borracha plumbífera testada e aprovada, flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm pb, acabamento em nylon lavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 5   |
| <b>225</b> | Protetor de tireoide infantil - convencional para proteção individual, com registro no ministério da saúde e certificado de aprovação no ministério do trabalho, confeccionado em borracha plumbífera testada e aprovada, flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm pb, acabamento em nylon lavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 5   |
| <b>226</b> | Removedor de manchas - removedor de manchas e tártaro, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 30 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>227</b> | Resina composta fotopolimerizável a1 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na  | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>228</b> | Resina composta fotopolimerizável a2 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>229</b> | Resina composta fotopolimerizável a3 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>230</b> | Resina composta fotopolimerizável a3,5 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>231</b> | Resina composta fotopolimerizável b1 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma,  | UND | 100 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   |     |     |
| <b>232</b> | Resina composta fotopolimerizável b2 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>233</b> | Resina composta fotopolimerizável b3 - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 4 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| <b>234</b> | Saca broca universal - indicado para turbinas de alta rotação, saca broca para turbinas de alta rotação, autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 30  |
| <b>235</b> | Seringa para callen (endodôntica) - com acabamento cromado, possui embolo rosqueável e formas anatômicas que facilitam o seu uso, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 5   |
| <b>236</b> | Silicona por condensação maleável para laboratório extra duro - utilizada para confecção de muralhas e modelos isolante entre os dentes e o gesso da mufla base do reparo e preparo de dentes na prótese moldagem da base e registro dos dentes antagonistas duplicações sem necessidade de isolar o gesso,  | UND | 10  |



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
|     | contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |     |
| 237 | Sindesmotomo - é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária, seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo, aço inoxidável e autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| 238 | Sistema adesivo dentinário - fotopolimerizável para esmalte e dentina, classificado como adesivo convencional de dois passos, contendo primer e adesivo em um só frasco, possui elevada resistência de união imediata e pós ciclagem (sobre dentina e esmalte), elevada estabilidade química e resistência do filme adesivo gerado após polimerização e adequada capacidade de penetração dos monômeros nas fibras colágenas de dentina úmidas desmineralizadas, possui mdp, elevada resistência adesiva, possui nanopartículas de sílica tratada, conferindo maior estabilidade ao filme adesivo, apresenta características químicas que garantem a qualidade da polimerização, possui sistema com solvente e monômeros balanceados que conferem elevada afinidade pela superfície da dentina úmida e desmineralizada, contribuindo para uma boa camada híbrida, solvente a base de etanol. Embalagem contendo 5 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100 |
| 239 | Soda clorada - solução de hipoclorito de sódio à 5%, altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 1 litro. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 50  |
| 240 | Solução hemostática tópica - à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário, sem epinefrina, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| 241 | Solvente para guta-percha - obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - cineol, líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor   | UND | 10  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
|            | aromático, canforáceo, característico de e sabor picante, praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> |     |     |
| <b>242</b> | Sonda milimetrada willians - com marcação 1-2-3-5-7-8-9-10 mm. Produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 50  |
| <b>243</b> | Sugador cirúrgico descartável estéril - produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina abs, descartável, ponteira removível, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 20 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 100 |
| <b>244</b> | Taça de borracha para profilaxia - utilizada em contra ângulo, com excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho, cor branca, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 500 |
| <b>245</b> | Tambor para gaze - produzido em aço inoxidável, com alça 10 x 10 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20  |
| <b>246</b> | Tamborel - para o apoio de limas endodônticas, esterilizável, resistente ao ataque de produtos químicos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 20  |
| <b>247</b> | Tesoura íris reta - produto confeccionado em aço inoxidável, esterilizável, tamanho 11,5 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>248</b> | Tesoura spencer abc reta 12 cm – possui delicada cavidade para prender e cortar o fio de sutura, ideal para a retirada de pontos. Produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência,   | UND | 100 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
|            | número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  |     |      |
| <b>249</b> | Tira de matriz 5 mm - matriz de aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 5 mm de largura, 0,5 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, livre de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, resistentes a esterilização por calor úmido, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 300  |
| <b>250</b> | Tira de matriz 7 mm - matriz de aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 7 mm de largura, 0,5 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, livre de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, resistentes a esterilização por calor úmido, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> | UND | 100  |
| <b>251</b> | Tiras de lixa para amálgama - revestimento abrasivo (grãos fixados galvânicamente) no aço inox extremamente estável, tamanho de 4 mm, espessura de 0,15 mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 200  |
| <b>252</b> | Tiras de lixa para resina composta - granulação médio/grossa, abrasivo, à base de óxido de alumínio e costado de poliéster, centro neutro, tamanho de 4 x 170 mm cada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 200  |
| <b>253</b> | Touca, descartável, polipropileno, branca, tamanho único c/ elástico, embalagem contendo 100 unidades. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 1500 |
| <b>254</b> | Tricresol formalina - antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-cresol, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100  |
| <b>255</b> | Ultrassom pie/zoelétrico - com jato de bicarbonato * sem bomba peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma   | UND | 5    |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|            |  |     |     |
|------------|--|-----|-----|
|            | regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de led para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) (unidade). <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b> |     |     |
| <b>256</b> | Vaselina sólida - aspecto: massa semissólida, cor branca levemente amarelada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 30 g. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20  |
| <b>257</b> | Verniz cavitário - utilizado como auxiliar no forramento e proteção do complexo dentina-polpa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 10  |
| <b>258</b> | Verniz com flúor (kit) - permite contato prolongado do flúor com o esmalte, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Kit contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e 01 frasco de solvente com 10 ml. <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>   | UND | 100 |
| <b>259</b> | Filme radiográfico odontológico intra oral - conteúdo da embalagem: 150 unidades de filme radiográfico agfa dentus; tamanho: 30,0 x 40,0 mm; classe de velocidade: e (intermediária); curto tempo de exposição (evita imagens trêmulas); contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos); tempo de exposição entre 0,08s e 0,16s, dependendo do dente (70kv - 10ma a 20cm); compatível com os métodos de processamento automático e manual; exposição à radiação menor que 0.36 mgy; <b>(LOTE EXCLUSIVO, LEI 123/06)</b>  | UND | 20  |



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**1.2.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## **2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** A presente licitação servirá para a aquisição dos bens acima elencados, necessários à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração. Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de bens com necessidade de aquisições frequentes, previsão de entregas parceladas e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período, nos termos do Decreto Municipal nº **28/2017**.

## **3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

**3.1.** Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

## **4. FORMA DE FORNECIMENTO**

**4.1.** O fornecimento será efetuado de forma **parcelada**, com prazo de entrega não superior a **05 (cinco) dias**, contados a partir da solicitação.

**4.2.** Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na solicitação, no horário de funcionamento do órgão.

## **5. AVALIAÇÃO DO CUSTO**

**5.1.** O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto bem como pesquisa feita junto a Fonte de Preços.

**5.2.** A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

## **6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**6.1.** Os bens serão recebidos:





**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**a.** Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

**b.** Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento provisório.

**6.1.1.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**6.2.** A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.1.** A Contratada obriga-se a:

**7.1.1.** Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

**7.1.1.1.** Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

**7.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**7.1.2.1.** O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no **prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

**7.1.3.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

**7.1.4.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**7.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**7.1.6.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

**7.1.7.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

**7.1.8.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**8.1.** A Contratante obriga-se a:

**8.1.1.** Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

**8.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

**8.1.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

**8.1.4.** Efetuar o pagamento no prazo previsto.

## **9. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

**9.1.** A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor **JOSÉ ANTÔNIO PALMEIRA DE MELO, Coordenador da Saúde Bucal**, CPF nº **063.910.844-08**, designado gestor, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

**9.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**9.3.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**10.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

**10.1.1.** Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

**10.1.2.** Apresentar documentação falsa;

**10.1.3.** Comportar-se de modo inidôneo;

**10.1.4.** Cometer fraude fiscal;

**10.1.5.** Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

**10.2.** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**a.** Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

**b.** Multa:

**b.1.** Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

**b.2.** Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**c.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com **o município de Santana do Ipanema/AL**, pelo prazo de até dois anos;

**c.1.** Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

**d.** Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;

**e.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

**10.2.1.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

**10.3.** Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

**10.3.1.** tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

**10.3.2.** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

**10.3.3.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**10.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**10.5.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**10.6.** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**10.6.1.** Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**10.7.** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**10.8.** As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.